



Laskowa 24.09.2026 r

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWEJ

34-602 LASKOWA 428,

email: biuro@spzozlaskowa.pl, tel.18/5065353

NIP7371809923, NR. BDO 000063841

Wszyscy uczestnicy postępowania

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej informuje, iż w ramach zapytania ofertowego - sprzęt i wyposażenie medyczne opublikowanego 11 września 2026, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści warunków zamówienia -poniżej wyjaśnienia do pytań:

Pytania-pakiet I- w związku z opublikowaniem przez Państwa zapytania ofertowego, prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu numer 8 - lampa bakteriobójcza:

1. Czy Zamawiający dopuści lampę UV-C do kubatury 200m³?

Odpowiedź: Jak w zapytaniu ofertowym-zalecana 100 m³.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy UV-C wyposażonej w wentylator o wydajności 165 m³/h, zamiast wymaganych minimum 230 m³/h, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów urządzenia oraz możliwości skutecznej dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do 200 m³?

Odpowiedź: Jak w zapytaniu ofertowym wydajność wentylatora minimum-tryb Turbo UV-C-230 m³/h

Pytania – pakiet II-w związku z opublikowaniem przez Państwa zapytania ofertowego, prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu numer 8 - lampa bakteriobójcza:

1. Proszę o wskazanie jakie mocowanie ma posiadać urządzenie: mobilne czy naścienne?

Odpowiedź: Chodzi nam o urządzenie-lampę mobilną-przenośną.

2. Czy lampa ma posiadać licznik czasu pracy promienników?

Odpowiedź: Jak w zapytaniu ofertowym trwałość lamp minimum 9000 tyś. godzin. Urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany (np. daje znać odpowiednim kolorem-diody na urządzeniu).



Pytania – pakiet III- Chętnie złożymy ofertę na przedstawiony sprzęt jeśli wyrażą Państwo zgodę na nieznaczną różnicę w wymiarach tj.:

Pojemność lodówki: 500 - 530 l TAK 535 L (+5L więcej od założonego wymagania)

- Wymiary zewnętrzne: szerokość: 700-720 mm, głębokość: 800 – 820 mm, wysokość: 1900-2000 mm TAK 720 x 840 (+2cm więcej od założonego wymagania x 2040mm (+4cm więcej do założonego wymagania)

Odpowiedź: W chwili obecnej nie możemy zmienić warunków podanych w zapytaniu ofertowym.

Podane wymiary związane są między innymi z tym, że mamy tylko jedno miejsce, gdzie możemy umieścić ten sprzęt medyczny i te wymiary są preferowane jak w ofercie.

Pytania – pakiet IV- w związku z opublikowanym postępowaniem pt. "SPRZĘT i WYPOSAŻENIE MEDYCZNE zgodne z opisem w punkcie 1", proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Zakres 5: Lodówka z monitoringiem temperatury: 1 sztuka

1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wymiarach zewnętrznych 775x750x1945 mm (SzxGxW), spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: W chwili obecnej nie możemy zmienić warunków podanych w zapytaniu ofertowym. Podane wymiary związane są między innymi z tym, że mamy tylko jedno miejsce, gdzie możemy umieścić ten sprzęt medyczny i te wymiary są preferowane jak w ofercie.

2. Lodówki do przechowywania szczepionek (farmaceutyczne) nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie są certyfikowane i rejestrowane jako wyroby medyczne. W związku z tym, proszę o odstąpienie od wymogu "certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach"

Odpowiedź:

1. Na dzień dzisiejszy, nie możemy zmienić warunków podanych w zapytaniu ofertowym

2. Uprzejmie informujemy-doprecyzowujemy, że zapisując w wymaganiu: „certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych” mieliśmy na myśli czy urządzenie (lodówka z monitoringiem temperatury) spełnia rygorystyczne wymagania europejskiej normy DIN 13277 dotyczącej chłodziarek laboratoryjnych i farmaceutycznych oraz weryfikację zgodności z unijnymi dyrektywami (CE), co potwierdza jej bezpieczne stosowanie w placówkach medycznych, aptekach i laboratoriach na terenie Unii Europejskiej.

Pytania - pakiet V- Zwracam się do Państwa z następującym pytaniem:

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający w paragrafie 13, ust. 1 wyrazi zgodę, aby kara umowna była naliczana od wartości niewłaściwie niezrealizowanego zamówienia? Naliczanie kary umownej od wartości brutto umowy, niezależnie od zakresu faktycznie niezrealizowanego świadczenia, jest nieproporcjonalne i może prowadzić do nadmiernego obciążenia Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy zasadne jest uzależnienie wysokości kary od wartości niezrealizowanej części zamówienia, co pozwoli zachować proporcjonalność kary do rzeczywistego zakresu opóźnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z § 12 ust. 2 Projektu Umowy z Wykonawcą (umowa dostawy towarów), wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i obejmuje każdą z części Zamówienia oddzielnie. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej realizacji każdej z części Zamówienia w ramach wynagrodzenia, nawet w przypadku przekroczenia zakładanych po swojej stronie kosztów. Zamawiający rozumie przez to, że kary umowne będą naliczane dla każdej części Zamówienia oddzielnie.

Pytania-Pakiet VI- Pytanie 1 – Zakres 1 – Waga z analizatorem masy ciała

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez drukarki termicznej w zestawie? Oferowane urządzenie jest kompatybilne z drukarkami formatu A4, co umożliwia wydruk większego, bardziej szczegółowego i czytelnego raportu z wynikami pomiaru

Odpowiedź: Dziękujemy za zainteresowanie ofertą, jednakże, w chwili obecnej nie możemy zmienić warunków podanych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wymaga, aby waga z analizatorem masy ciała była wyposażona w drukarkę termiczną w zestawie:umożliwiająca szybki wydruk wyników w języku polskim,

Pytania pakiet-VII- Dotyczy zapytania pn.: Sprzęt i wyposażenie medyczne -Pytania do zadania 5 - lodówka

1.Pytania dotyczące wymiarów

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych nieznacznie różniących się od wskazanych w SWZ, tj. o szerokości [wstaw swoją szerokość] mm, głębokości [wstaw swoją głębokość] mm i wysokości [wstaw swoją wysokość] mm, pod warunkiem zachowania wymaganej pojemności i funkcjonalności urządzenia? Czy wskazane wymiary zewnętrzne: szerokość 695 mm, głębokość 860 mm, wysokość 2037 mm są wymiarami maksymalnymi, minimalnymi, czy dopuszczalna jest tolerancja (np. +/- 5%)?

Odpowiedź: W chwili obecnej nie możemy zmienić warunków podanych w zapytaniu ofertowym.

Podane wymiary związane są między innymi z tym, że mamy tylko jedno miejsce, gdzie możemy umieścić ten sprzęt (lodówkę z monitoringiem temperatury) i te wymiary są preferowane jak w ofercie.

2. Pytania dotyczące drzwi i ergonomii

Czy w celu zapewnienia maksymalnej ergonomii i dostosowania do warunków lokalowych w miejscu montażu, Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami przeszklonymi, skrzydłowymi lewymi lub z możliwością samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwi na miejscu u użytkownika?

Odpowiedź: W chwili obecnej nie możemy zmienić warunków podanych w zapytaniu ofertowym.

Dopuszczymy lodówkę z monitoringiem temperatury jak w zapytaniu ofertowym, tj. drzwi pełne, skrzydłowe prawe (z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi na miejscu przez (Dostawcę/Wykonawcę)

3. Pytania dotyczące systemów alarmowych

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w kompletny system alarmowy monitorujący parametry wewnątrz komory (alarm za niskiej temperatury, alarm za wysokiej temperatury, alarm otwartych drzwi, alarm awarii czujnika), natomiast niewyposażoną w alarm za wysokiej temperatury otoczenia (na zewnątrz urządzenia)?

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało rejestrator temperatury z niezależnym zasilaniem baterijnym, czy też dopuszcza chłodziarkę bez wbudowanej baterii podtrzymującej pracę sterownika głównego podczas zaniku zasilania sieciowego?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis o alarmach podany w zapytaniu ofertowym i nie będzie zmieniał podanych warunków.

4. Pytania dotyczące dokumentacji i certyfikatów

Czy Zamawiający pod pojęciem „Deklaracja zgodności CE producenta spełniająca wymagania w zakresie urządzeń farmaceutycznych” rozumie standardową deklarację CE wystawioną przez producenta dla urządzeń chłodniczych dedykowanych do przechowywania leków/laboratoriów, czy wymaga dodatkowych, specyficznych certyfikatów (np. certyfikatu zgodności z normą DIN 58345)? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Uprzejmie informujemy-doprecyzowujemy, że zapisując w wymaganiu: „certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych” mieliśmy na myśli czy urządzenie (lodówka z monitoringiem temperatury) spełnia rygorystyczne wymagania europejskiej normy DIN 13277 dotyczącej chłodziarek laboratoryjnych i farmaceutycznych oraz weryfikację zgodności z unijnymi dyrektywami (CE), co potwierdza jej bezpieczne stosowanie w placówkach medycznych, aptekach i laboratoriach na terenie Unii Europejskiej.

Pytania pakiet-VIII- Zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

Zakres 9: Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wymagającego podłączenia do sieci elektrycznej (AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz)?



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Odpowiedź: Jak w zapytaniu ofertowym zamawiający dopuści -"Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki-do stosowania różnych testów w tym CRP."

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu przeznaczonego do ilościowego i jakościowego oznaczania parametrów z próbki krwi włóśniczkowej, pełnej?

odpowiedź: Jak w zapytaniu ofertowym zamawiający dopuści -"Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki-do stosowania różnych testów w tym CRP, przeznaczony do ilościowego, półilościowego i jakościowego oznaczania parametrów z próbki krwi włóśniczkowej, pełnej"

Z upoważnienia
Kierownika SPZOZ w Laskowej
Dorota Ceglarek

Dorota
Ceglarek

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Ceglarek
Data: 2026.09.24 14:21:37
+02'00'