



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy:

Nazwa wykonawcy / dostawcy	
Adres	
NIP	
Nr KRS/ CEIDG	
telefon	
e-mail	

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu na dostawę **SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO** składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym (suma wszystkich pozycji oferty)

do dnia (należy podać ostatnią datę dostawy)			
za cenę w PLN:			
cena ofertowa netto			zł
podatek VAT			zł
cena ofertowa brutto			zł

Słownie złotych brutto [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)



Zakres 1: Waga z analizatorem masy ciała: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- **Wbudowana waga** umożliwiająca precyzyjny pomiar masy ciała w pozycji stojącej;
- **Wieloczęstotliwościowy pomiar składu ciała:** Umożliwiający dokładną analizę składu ciała, w tym segmentową ocenę poszczególnych partii, takich jak nogi, ramiona i tułów;
- **Segmentowa analiza składu ciała:** Szczegółowe pomiary masy mięśniowej i zawartości tkanki tłuszczowej, wody-wskaźnik obrzęku w poszczególnych segmentach ciała;
- Drukarka termiczna w zestawie: Umożliwiająca szybki wydruk wyników w języku polskim;
- Oprogramowanie do analizy wyników oraz magazynowania danych;
- Przewodnik głosowy w języku polskim, który ułatwia przeprowadzanie pomiarów;
- Kabel zasilający;
- Kabel łączący podstawę z wyświetlaczem;
- Kabel USB do połączenia urządzenia z komputerem PCL 5 lub nowsze;
- Waga stacjonarna z kolumną: Zapewniająca stabilność podczas pomiarów; kolumna może być odłączona dla łatwego transportu analizatora;
- **Waga pacjenta**-nie mniej niż 200 kg;
- Wiek badanej osoby; minimum od 5-99 lat;
- Częstotliwość pomiaru minimum: 5, 50 kHz;
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 2: Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Rejestrator ABPM;
- Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym;
- Zakres pomiaru: dorosły, pediatryczny (różne rozmiary mankietów) plus łączniki mankietów z przewodem ciśnieniowym;
- Czujnik ciśnienia;



- Okresy pomiarowe: minimum 6;
- Definicja aktywności/snu;
- Tryb pracy: dorosły, pediatryczny;
- Harmonogram rejestracji pomiarów: (podział na aktywność i sen);
- Szybkie rozpoczęcie pracy;
- Współpraca z oprogramowaniem dołączonym do holtera;
- Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego;
- Przyciski zdarzeń;
- Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbową lub graficznie;
- Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR;
- Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów;
- Funkcja testu manometru;
- Funkcja testu szczelności;
- Zasilanie: baterie;
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 3: Holter EKG z oprogramowaniem: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Rejestrator holterowski z wyposażeniem;
- Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym;
- Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego;
- Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV;
- Rejestracja sygnału EKG 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy), okres 48 h lub 7 dni;
- Bezprzewodowa komunikacja podgląd przebiegu EKG;
- Detekcja odpięcia elektrody INOP w trybie konfiguracji;
- Pamięć zapis danych EKG na kartę microSDHC;
- zapis danych EKG dołączenie imienia i nazwiska pacjenta;
- Informacja o stanie rejestratora trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa;
- Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP;
- Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni;
- Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń;
- Filtr izolacji 0,05 Hz;



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 4: Aparat EKG: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:

- **APARAT EKG posiadający:** standard HL7; sieć Wi-Fi; sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe;
- **Rejestracja odprowadzeń EKG:** 12 standardowych;
- **Tryb wydruku:** 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG;
- **Drukowanie w układzie standardowym:** 1, 3, 6 lub 12 kanałów;
- **Rodzaje badań:** ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, automanual, long;
- **Długość zapisu badania automatycznego:** od 6 do 30 sekund;
- **Drukarka:** wbudowana do aparatu;
- **Szerokość papieru:** 110 - 112 mm;
- **Wydruk z bazy pacjentów**
- **Klawiatura:** membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi;
- **Ustawienia parametrów przebiegów:** prędkość, czułość i intensywność wydruku;
- **Pamięć:** minimalna 10000 pacjentów lub 10000 badań;
- **Automatyczna analiza i interpretacja:** zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta;
- **Bateria:** minimum 300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej;
- **Filtr zakłóceń sieciowych, Filtr zakłóceń mięśniowych, Filtr izolacji;**
- **Detekcja odpięcia elektrody INOP:** niezależna dla każdego kanału;
- **Oszczędzanie energii;**
- **Eksport badań:** do pamięci USB, na skrzynkę e-mail Przewodowa komunikacja: sieć LAN lub Internet
- **komunikacja:** sieć LAN
- **Protokół HL7;**
- **Współpraca HL7 :** mMedica, Asseco;
- **Archiwizacja badań:** na zewnętrznym nośniku (pamięć USB);
- **Wyposażenie aparatu w: elektrody przyssawkowe EPP i elektrody kończynowe klipsowe EKK (dla dzieci i dorosłych) ,**
- kabel zasilający;
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;



- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 5: Lodówka z monitoringiem temperatury: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Lodówka przeznaczona do przechowywania leków i szczepionek;
- Pojemność lodówki: 500 - 530 l
- Wymiary zewnętrzne: szerokość: 700-720 mm, głębokość: 800 – 820 mm, wysokość: 1900-2000 mm
- Drzwi pełne, skrzydłowe-prawe;
- Kolor obudowy: srebrny (szary), biały;
- Zakres temperatury od 2°C do 8°C;
- Termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +2°C;
- Odszranianie automatyczne;
- Automatyczne odparowanie skroplin;
- Komora zamykana na klucz;
- Prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury;
- Zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze;
- Niski poziom hałasu nie przekraczający 45 dB(A)
- Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika;
- Alarm przekroczenia zadanej temperatury- alarmy wizualne i dźwiękowe (wysokiej i niskiej temperatury, niskiego poziomu baterii, awarii zasilania, niedomkniętych drzwi, wysokiej temperatury powietrza);
- Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze;
- Półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza w liczbie minimum 6;
- **Wyposażenie lodówki w kółka jezdne w zestawie;**
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 6: Kozetka lekarska-drewniana: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;
- Wymiary zewnętrzne: szerokość: 55-61 cm, długość: 170-180 cm, wysokość: 60-65 cm;
- Regulowany zagłówek;
- Maksymalne obciążenie: 200 kg;
- W zestawie uchwyt na papier;
- Kolor tapicerki: krem lub kość słoniowa (do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia);
- Tkanina tapicerki: materiał łatwy do mycia i dezynfekcji, (spełniający wymogi do gabinetów lekarskich);
- Kolor drewna: odcienie jasne (do uzgodnienia).

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 7: Bilirubinometr: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;
- Nieinwazyjny, przezskórny pomiar bilirubiny – bez pobierania krwi;
- Wynik pomiaru dostępny w ciągu kilku sekund;
- Zakres pomiarowy minimum: 0,0–25,0 mg/dl (0–425 µmol/l);
- Dokładność pomiaru minimum: ±1,5 mg/dl;
- Możliwość przesyłania danych do komputera – oprogramowanie w zestawie;
- Transmisja danych przez port USB do komputera;
- Złącze USB typu A lub USB typu C plus przejściówka z USB typ C na USB typ A (do połączenia z komputerem);
- Pamięć wewnętrzna minimum 100 ostatnich wyników pomiarów;
- Zasilanie: akumulatorowe, z bezpiecznym ładowaniem;



Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 8: Lampa UV bakterio- i wirusobójcza: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:

- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;
- zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 h/doba) - 100 m³;
- wydajność wentylatora minimum – tryb Turbo UV-C – 230 m³/h;
- niski poziom hałasu-do 40 dB;
- rodzaj lampy UV-C – Sterylizacyjna UV-C $\lambda = 253,7$ nm;
- trwałość lamp UV-C – minimum 9000 h;
- filtrowanie powietrza –minimum jednostopniowa;
- rodzaj wentylatora – promieniowy;
- silnik wentylatora w zamkniętej obudowie;
- typ – przepływowy;
- zasilanie – 230 V (AC), 50 Hz;
- rodzaj obudowy – metalowa lub inna łatwa do mycia i dezynfekcji;
- lampa może być włączona w obecności pacjentów i personelu;
- kolor – biały.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 9: Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:



- Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki – do stosowania różnych testów w tym CRP, przeznaczony do ilościowego, półilościowego i jakościowego oznaczania parametrów z próbki krwi włósniczkowej, pełnej;
- Analizator powinien współpracować z dedykowanymi testami kasetkowymi – minimum testy CRP oraz D-Dimery i NT-proBNP;
- Wbudowany akumulator litowo – polimerowy – praca bez podłączenia do sieci;
- Złącze USB typu A lub USB typu C plus przejściówka z USB typ C na USB typ A (do połączenia z komputerem);
- osobny port ładowania,
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....

Zakres 10: Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, elektroniczny, mankiety w różnych rozmiarach, w tym z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:

- Dwa tryby pracy – w zależności od potrzeby, możliwość wyboru w pełni automatycznego pomiaru oscylometrycznego ciśnienia krwi z funkcją arytmii lub manualny tryb osłuchiwanie (przy pomocy stetoskopu);
- Funkcja wykrywania ruchu ciała przy pomiarze automatycznym ;
- Różne rozmiary mankietów w tym dla niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych i osób otyłych;
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości zastosowaniach medycznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek vat-stawka	Podatek vat w zł	Wartość brutto w zł

Słownie złotych:.....

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:.....dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji:.....



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dodatkowe informacje:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
 - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym / umowie,
 - oferowany sprzęt będzie nowy, nieeksploatowany na wystawach lub imprezach targowych, w pełni sprawny, gotowy do pracy oraz będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego przeznaczenia i funkcji oraz będzie wolny od wad fizycznych i prawnych,
 - w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość, data, podpis

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
2. Oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
3. Klauzula informacyjna